

Tomasz Michalik

Dyrektor

Gdańsk, 18.06.2018 r.

WA-2140-13/1043/18

SPROSTOWANIE

dotyczące zamieszczonego ogłoszenia na zakup i dostawę stanowiska do wzorcowania ciśnieniomierzy składającego się z następujących elementów:

- a) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresie pomiarowym 0,02 ÷ 0,6 MPa, klasy dokładności 0,015
- b) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresie pomiarowym 0,1 ÷ 6 MPa, klasy dokładności 0,015
- c) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresie pomiarowym 1 ÷ 25 MPa, klasy dokładności 0,015
- d) ciśnieniomierz obciążnikowo-tłokowy o zakresie pomiarowym 5 ÷ 250 MPa, klasy dokładności 0,02

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku zamieszcza poniżej odpowiedzi na pytania:

1. Jest zapis:

W rozdz. II, pkt III, poz. 1 (Gwarancja), zapisano: „Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.”

Natomiast w załączniku nr 1 (Formularz oferty), pkt 8, zapisano: „Udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesięcy) od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru” oraz pkt 10: „Oświadczamy, że oferowane przez nas warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.”

Powinno być:

W rozdz. II, pkt III, poz. 1 (Gwarancja), zapisano: „Wykonawca udzieli Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji, liczonej od daty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.”

Natomiast w załączniku nr 1 (Formularz oferty), pkt 8, zapisano: „Udzielamy gwarancji na okres (min. 24 miesięcy) od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru” oraz pkt 10: „Oświadczamy, że oferowane przez nas warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.”

2. Jest zapis

W rozdz. IV, pkt I, poz. 2 b) zapisano, że „... Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (...) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwóch dostawę polegającą na dostarczeniu tensometrycznych przetworników siły do jednostek administracji miar na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dostarczył co najmniej jeden goniometr spełniający wymagania określone powyżej.”

Powinno być:

b) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Sposób oceny spełnienia warunku – Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwóch dostaw polegającą na dostarczeniu ciśnieniomierzy do jednostek administracji miar na terenie Unii Europejskiej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dostarczył co najmniej jeden ciśnieniomierz spełniający wymagania określone powyżej.

3. Jest zapis:

W załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w wymaganiach do poz. a zapisano: „czynnik roboczy – powietrze” oraz „2 litry dedykowanego oleju z załączoną specyfikacją techniczną”

Powinno być:

Opis przedmiotu zamówienia, w wymaganiach do poz. a „czynnik roboczy – powietrze”
Nie wymagamy dostarczenia oleju.

DYREKTOR
mgr inż. Tomasz Michalik

